

EXHIBIT 84

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DES DONNÉES
ET FORMULAIRES ORIGINAUX

CONFIDENTIEL

SAMPLE N° 825424

REANALYSIS

LIST OF CONTENT

SECTION 1 : ADMINISTRATIVE PART	pages 1-5
<u>Internal chain of custody of bottles</u>	1
<u>Internal chain of custody of aliquots</u>	5
SECTION 2 : TECHNICAL PART	pages 6-88
<u>Confirmation analysis by GC/C/IRMS</u>	6-88
1- List of performed analyses	6
2- Confirmation Instruction	7
3- Method and preparative form	9
4- GC/MS analysis	28
4-1 Description of GC/MS analysis	28
4-2 GC/MS analysis data	30
- Injection sequence	30
- Positive reference	31
- Negative aliquot and Sample A 825424 for each fraction	35
4-3 Data on Instrument performances	47
4-4 Result form	50
5- Isotopic ratio analysis	53
5-1 Description of GC/C/IRMS analysis	53
5-2 Isotopic ratio analysis data	56
- Injection sequence	56
- Negative aliquot and Sample A 825424 for each fraction	57
5-3 Data on instrument performances	69
5-4 Result form	87
SECTION 3 : Certificate of analysis n°30205	page 89

a f l d Département des analyses	ENREGISTREMENT	Codification : E-CE-01 Version : E Date : 21/03/2007 1/2
		FORMULAIRE DE TRAITEMENT DE L'ECHANTILLON LORS D'UNE ANALYSE DE CONTROLE

Date de l'analyse de contrôle : 20.../04/2007

Demande

Demande faite par : P.S.A. D.A.

N° d'échantillon concerné : A 825424

Nature du milieu biologique : URINE

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DES DONNÉES
ET FORMULAIRES ORIGINAUX

Identification des personnes présentes pour l'analyse de contrôle

Laboratoire		Témoin indépendant	Expert	USADA Autres
Nom : de CENER	Burton	Hongonqu		
Signature	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Chaîne de détention interne

Lieu de déstockage : Chambre froide Congélateur n°...CHF...A

Conditions de stockage : -80°C -20°C +4°C

Destockage des flacons : A B

Date : 20.../04/2007. Heure : 10... h...40. Opérateur : A.D.

Vérification de l'identification

Système : Versapak Berlinger Autre N° : A 825424

Conformité par rapport au procès verbal de contrôle antidopage : Oui Non

Intégrité des scellés : Oui Non

Validation de la conformité de l'échantillon (Signatures) :

Laboratoire	Témoin indépendant	Expert	USADA Autre
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

a f l d Département des analyses	ENREGISTREMENT	Codification : E-CE-01
		Version : E Date : 21/03/2007 2/2
FORMULAIRE DE TRAITEMENT DE L'ECHANTILLON LORS D'UNE ANALYSE DE CONTROLE		

Ouverture du scellé

Date : 20.1.04.2007 Heure : 10 h.55. Opérateur : 49.....

Localisation : salle n° 204.....





N° du flacon : A825424

Volume : 55 mL

(si le milieu est congelé attendre sa décongélation pour mesurer le volume)

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DES DONNÉES
ET FORMULAIRES ORIGINAUX

Validation de l'ouverture du scellé (Signatures) :

Laboratoire	Témoin indépendant	Expert	Autre
			USADA 

Remise sous scellé

Oui

Non

Date : 20.1.04.2007 Heure : 11 h.05. Opérateur : 01.....

Système : Versapak Berlinger Autre

N° de flacon : A825424 N° de scellé : 826136

Volume restant : 15 mL





Lieu de stockage Chambre froide Congélateur n°..2.HF..M..5

Conditions de stockage -80°C -20°C +4°C

Stockage de la remis sous scellé

Date : 20.1.04.2007 Heure : 11 h.10. Opérateur : 01.....

Validation de la remise sous scellé (Signatures) :

Laboratoire	Témoin indépendant	Expert	Autre
			USADA 

Cet enregistrement est à archiver dans le dossier analytique de la contre expertise.

2

a f l d Département des analyses	ENREGISTREMENT	Codification : E-TE-05 A
		Version : C Date : 17/10/2006 1/2
TRACABILITE DES FLACONS A ET B		

N° de Série :

Réception et Stockage avant enregistrement (si nécessaire):

Réception par	Date et Heure	Stockage	Heure

Stockage après enregistrement :

Flacons	Entreposés par	Date et Heure	Lieu

Chaîne de possession des flacons A:

Echantillon A 825424

Date	Code opérateur	Localisation	Raison du transfert
16/04/2007 09h30	49/10	CH-FR.5 (-20°C)	Déstockage pour renumérotation
16/04/2007		CH-FR.1 (+4°C)	Stockage après nouvelle numérotation
17/04/2007 11h25	01	Salle 004 (ambiant)	Déstockage pour tirage au sort n°2 puis restockage
18/04/2007 10h30	01	Salle 004 (ambiant)	Déstockage pour tirage au sort n°3 puis restockage
19/04/2007 11h20	10	Salle 004 (ambiant)	Déstockage pour tirage au sort n°4 puis restockage
20/04/2007 10h40	10	Salle 004 (ambiant)	Déstockage pour tirage au sort n°5
20/04/2007 10h55	49	Salle 004 (ambiant)	Ouverture des scellés
20/04/2007 11h05	49	Salle 004 (ambiant)	Mise en tube pour confirmation IRMS (EC31)
20/04/2007 11h05	01	Salle 004 (ambiant)	Remise sous scellé n°826136
20/04/2007 11h10	01	CH-FR.5 (-20°C)	Stockage

Cet enregistrement est à conserver dans le dossier de la série s'il n'y a pas de positif ou dans le dossier positif.

3

a f l d Département des analyses	ENREGISTREMENT	Codification : E-TE-05 A Version : C Date : 17/10/2006 2/2
TRACABILITE DES FLACONS A ET B		

Chaîne de possession des flacons B:

Echantillon

Date	Code opérateur	Localisation	Raison du transfert

Cet enregistrement est à conserver dans le dossier de la série s'il n'y a pas de positif ou dans le dossier positif.

4

a f l d Département des analyses	ENREGISTREMENT	Codification : E-TE-05B
		Version : C Date : 17/10/2006 1/1
TRACABILITE DES ALIQUOTES A ET B		

N° de Série :

Chaîne de possession des aliquotes A:

Echantillon A 825424

Date	Aliquote(s)	Code opérateur	Etape	Remarques
20/04/2007 11h15	Aliquote EC31	49	Préparation jusqu'à acétylation	Confirmation IRMS(EC31)
21/04/2007 9h10	Aliquote EC31	49	Fin de préparation	
21/04/2007 18h22	Aliquote EC31 (3 fractions)	49	Analyse GC/MS sur MSD22	
22/04/2007 13h35	Aliquote EC31 (3 fractions)	49	Reprise pour analyses IRMS	
22/04/2007 15h26	Aliquote EC31 (3 fractions)	49	Analyse GC/C/IRMS sur ISOPRIME 2	Origine exogène des métabolites de la Testostérone

Chaîne de possession des aliquotes B:

Echantillon

Date	Aliquote(s)	Code opérateur	Etape	Remarques

Cet enregistrement est à conserver dans le dossier de la série s'il n'y a pas de positif ou dans le dossier positif.

5

